

2023年3月吉日

お得意様 各位

キュテラ株式会社
代表 松崎 一弘

「エンライトン®による刺青除去治療の実際 第一版」上梓のご案内

拝啓 貴院におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度弊社では、小冊子「エンライトン®による刺青除去治療の実際 第一版」を上梓させていただきましたので、その旨ご報告申し上げます。

当該小冊子は、主にエンライトンユーザーの先生方に「エンライトンの適正使用の確保、安全使用の情報提供」を行うことを目的として、別紙目次の内容で企画いたしました。ご執筆賜りました先生方に於かれましては、ご多忙にもかかわらずご快諾頂いた上で、ご執筆いただきましたことを、改めまして心より感謝申し上げます。

今後共キュテラ株式会社は、エンライトンの適正使用の確保及び安全使用の為の情報提供を継続してまいる所存ですので、ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、本件に関するお問い合わせは、弊社営業担当までご連絡をお願い申し上げます。

敬具

一般的名称：ネオジミウム・ヤグレーザ

販売名：enLIGHTen エンライトン、Enlighten III レーザシステム

製造販売承認番号：22800BZX00138000、30300BZX00315000

高度管理医療機器（クラスⅢ）、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器、特定診療報酬算定医療機器

(別紙)

「エンライトン®による刺青除去治療の実際 第一版」

目次

はじめに

- ・使用目的又は効果
- ・保険適用症例
- ・使用上の注意
- ・注意喚起

エキスパートによるエンライトン®を用いた刺青除去治療の実際

- ・葛西健一郎 先生 葛西形成外科 院長
- ・岡橋怜 先生 ユイメディカルクリニック幕張医院 院長
- ・加藤晴之輔 先生 ルーチェクリニック 総院長

ピコ秒レーザー治療の注意喚起

- 「ピコ秒レーザーによる肝斑に対する低フルエンス照射での白斑形成の注意点」
菅原順 先生 JUN CLINIC 総院長/富山大学医学部医学科 臨床教授
- 黄聖琥 先生 KO CLINIC 院長

- 「低フルエンスピコ秒レーザー治療の肝斑に対する危険性」
葛西健一郎 先生 葛西形成外科 院長

一般的名称：ネオジミウム・ヤグレーザ

販売名：enLIGHTen エンライトン、Enlighten III レーザシステム

製造販売承認番号：22800BZX00138000、30300BZX00315000

高度管理医療機器（クラスⅢ）、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器、特定診療報酬算定医療機器